VagiQUICK©

Test rapide de détection de mycoses vaginales.

›... de sorte que je le sache‹

MODE D'EMPLOI

Pour une utilisation personelle

Veuillez lire le mode d'emploi avant d'effectuer le test.

VagiQUICK est un test rapide à utilisation personnelle détectant une candidose dans les sécrétions vaginales.

Quand pouvez-vous utiliser VagiQUICK?

Si vous souffrez d'un ou plusieurs symptômes décrits ci-dessous, il est possible que vous aillez contracté une infection de mycose vaginale. Nous vous conseillons donc d'utiliser le test VagiQUICK. Le test détecte la mycose dans les sécrétions vaginales. Les symptômes:

- prurit aigüe vaginale
- écoulement vaginale renforcé, accompagné d'une mauvaise odeur
- éruption extérieure au vagin
- brûlure dans les parties génitales lors de relations sexuelles ou en urinant



UTILISATION

Préparation

1. Effectuez le test dans une pièce à température ambiante (15 – 30 °C)
2. Munissez vous d'un chronomètre ou de tout objet capable de décompter les minutes.
3. Lavez vous les mains avant de débuter le test.
4. Retirez le test type cassette et l'aiguille de prélèvement hors de leurs emballages avant de débuter le test.
5. Ne pas utiliser la cassette et l'aiguille de prélèvement si les protections, le dessiccateur et la languette en aluminium sur le capuchon ont été endommagés.

Réalisation du test

1. Retirez la cassette de son emballage et placez le sur une surface plate. Retirez l'aiguille de prélèvement de son emballage.
2. Tenez fermement le test d'une main et retirez avec précaution la languette en aluminium du capuchon. **ATTENTION:** Ne renversez pas le liquide que contient le capuchon.
3. Insérez l'aiguille de prélèvement dans le vagin jusqu'à ce que la main touche les lèvres vaginales. Tournez l'aiguille 5 fois dans le vagin pour qu'elle soit en contact avec chaque paroi vaginale. Retirez avec précaution l'aiguille de prélèvement du vagin.
4. Remuez activement 10 à 15 fois l'aiguille de prélèvement dans le renfoncement du capuchon (voir image a). La sécrétion vaginale se mélange ainsi au liquide contenu dans le capuchon.



5. Tenez fermement le test d'une main sur une surface plate, et tournez le capuchon de l'autre main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (voir image a). Les renfoncements du capuchon et du test correspondent maintenant parfaitement (voir image b).

   Note: Si vous ne voyez aucun mouvement de liquide blanc/bleuâtre dans la fenêtre du résultat, vous pouvez refaire l'étape 5 encore 3 fois maximum. Vous devez bien évidemment à chaque fois repositionner le capuchon en position initiale (image a) et le tourner en fin de manipulation (image b). Il est très important que les renfoncements du capuchon et du test correspondent parfaitement (image b).

6. Vous pouvez lire le résultat dans la fenêtre de contrôle après 5 à 10 minutes d'attentes. Ne lisez pas le résultat après 20 minutes d'attentes.

INTERPRETATION DU RESULTAT

POSITIF: Deux lignes colorées apparaissent. La ligne dans le champ C démontre que le test s'est correctement déroulé. La deuxième ligne dans le champ T montre un résultat positif. Une ligne peut être plus ou moins claire que l'autre. Cela n'a pas d'importance pour le résultat du test.

NEGATIF: Une ligne apparaît dans le champ de contrôle C. Le test s'est correctement déroulé. Cependant, aucune ligne n'apparaît dans le champ T.

INVALIDE: Aucune ligne n'est apparut dans le champ de contrôle C. Le résultat du test est invalide s'il n'y a aucune ligne colorée dans le champ de contrôle C, même si une ligne est visible dans le champ T. Veuillez effectuer un nouveau test et consultez le mode d'emploi.

MESURES DE PRECAUTION

- Un résultat négatif n'exclut pas d'autres infections.
- Ne pas manger, boire et fumer pendant la réalisation du test.
- Ne pas laissez à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser le test avant une semaine si vous avez pris un médicament contre les infections vaginales.
- Ne pas utiliser le test avant 24 heures si vous avez appliqué une crème, un gel, une mousse, un nettoyant ou tout autre produit pour la vagin.

Contenu du test

- 1 test de type cassette + 1 sachet avec dessiccateur
- 1 aiguille de prélèvement
- 1 mode d'emploi

QUESTIONS FREQUENTES

Que dois-je faire si le résultat du test est négatif et que les démangeaisons persistent?

Veuillez consulter votre médecin. Il pourra détecter d'autres infections.

Que dois-je faire si le résultat du test est positif?

Vous pouvez choisir entre acheter un médicament sans ordonnance à la pharmacie, ou consulter directement un médecin. Le résultat du test donne un résultat fiable. Cependant, seul le médecin est en mesure d'effectuer un diagnostic.

Comment puis-je savoir si l'aiguille de prélèvement a été bien utilisée?

Vous pouvez le savoir si une ligne apparaît dans le champ de contrôle. De plus, le test est assez sensible pour détecter la moindre quantité de levure (champignon) dans la sécrétion vaginale.

Le test est tombé à terre. Est-ce que je peux encore l'utiliser?

Si tous les composants sont intacts, vous pouvez utiliser le test. Si un seul des composants a été endommagé, vous ne devez pas utiliser le test.

Y-a-t-il un moment de la journée privilégié pour la réalisation du test?

Non. Le test peut être effectué à tout moment de la journée.

Que dois-je faire si pendant ou après l'ouverture de la languette en aluminium, une partie du liquide s'échappe du capuchon?

Le test est alors invalide. La quantité de liquide dans le capuchon est très importante pour un correct fonctionnement du test.

Puis-je encore effectuer le test si l'aiguille de prélèvement m'a échappée des mains et est tombée à terre?

Non. Pour des raisons d'hygiène, nous interdisons formellement l'emploi de l'aiguille de prélèvement si elle préalablement tombée à terre.

Si j'ai par erreur tournée le capuchon avant de retirer la languette en aluminium, ou avant d'insérer l'aiguille de prélèvement à l'intérieur du capuchon, puis-je retourner le capuchon en sa position initiale et effectuer le test?

Non. Une fois que la partie du haut du test a été tournée, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Le test est maintenant invalide.

Lire attentivement les instructions	IVD Pour diagnostic in-vitro seulement (utilisation hors du corps)	Voir imprimé sur emballage
2°C – 30°C À conserver au sec entre 2 et 30°C. NE PAS CONGELER!		Ne pas utiliser plusieurs fois
	Σ Nombre de tests par produit	LOT Voir imprimé sur emballage

www.vagiquick.de

CE 0483

Mode d'emploi en français
Informations: novembre 2009

Fabricant:
NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg

Dem Leben zuliebe.